

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Giao thông vận tải kính mời Quý Công ty gửi báo giá để làm căn cứ xây dựng giá kế hoạch cung cấp vật tư y tế tại Bệnh viện Giao thông vận tải theo nội dung như sau:

- Thông tin của đơn vị gửi báo giá.
- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải
Địa chỉ: Số 169 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật (nếu có)	Xuất xứ	Đơn vị tính
1	Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy	Dây dẫn nước dùng một lần dùng cho máy bơm nước, chiều dài $\geq 6300\text{mm}$. Cấu tạo dây gồm các phần: - Phần đầu cắm chai dịch chất liệu: LDPE/ ABS, Phần khóa kẹp chất liệu: PE, Phần ống chất liệu: PVC, Phần kết nối chữ Y chất liệu: Vinyl polymers, Phần buồng kết nối với máy bơm chất liệu: Polyacetal Resin/Silicone, Phần kết nối đầu ra chất liệu: PVC - Có 4 đầu cắm vào chai dịch		Cái
2	Vít neo tự tiêu khớp vai	Cấu tạo vít gồm: - Vít chất liệu tự tiêu : 70% Poly (70/30:L/DL) + 30% TCP. - Chi: Chi neo đôi, đặc tính cơ học cao, chi chất liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) USP2. - Thân cán bắt vít: chất liệu thép không gỉ. * Đường kính vít: 5.5 mm; 6.5 mm * Chiều dài vít: $\geq 20\text{mm}$	G7	Cái

Tổng cộng: 02 mặt hàng

5. Cách thức, thời gian tiếp nhận báo giá:

- Nộp trực tiếp tại Bệnh viện Giao thông vận tải - Số 169 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Nơi nhận:

- Như trên./.

Ngày 20 tháng 6 năm 2025

GIÁM ĐỐC



TS.BS.Bùi Sỹ Tuấn Anh